

KURŞUN KOLLUK KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KURŞUN KOLLUK 0,50 mm PB KORUMA SAĞLAYACAK ŞEKİLDE KURŞUNA EŞ DEĞER KORUYUCU KURŞUN MATERYALE SAHİP OLMALIDIR.
2. KORUYUCU KURŞUN MATERYAL HAFİF, HOMOJEN VE İNCE BİR YAPIYA SAHİP OLMALIDIR.
3. KORUYUCU KURŞUN MATERYAL, ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI AMACI İLE ÇOK KATLI OLMALIDIR.
4. KURŞUN KOLLUK YAPIMINDA ESNEK OLMAYAN TEK KATLI KORUYUCU KURŞUN MATERYAL KULLANILMAMALIDIR.
5. KURŞUN KOLLUĞUN KULLANIMI KOLAY OLMALI, YANDAN CIRT BANT VEYA İSTEĞE GÖRE ÇITÇIT İLE ÖNLÜĞE SABİTLENMELİDİR.
6. KURŞUN KOLLUK EBATLARI İSTEĞE GÖRE ÜRETİLMELİDİR.
7. KULLANILAN KUMAŞ ANTİBAKTERİYEL, UZUN SÜRELİ KULLANIMA UYGUN, HİJYEN AÇISINDAN KOLAY SİLİNEBİLEN, SU İTİCİLİĞİ SAYESİNDE SU GEÇİRMEZ BİR YAPIYA SAHİP OLMALIR.
8. KURŞUN ÖNLÜKLER 89/686/EEC KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİNE GÖRE KATEGORİ III KARMAŞIK TASARIM OLARAK ÜRETİLMELİ, ARTİKEL 10 AT TİP İNCELEME BELGESİ VE ARTİKEL 11B BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMELİDİR. CE İŞARETİ VE DÖRT HANELİ ONAYLI KURULUŞ NUMARASI ÜRÜN ETİKETİNE İŞLENMELİDİR. BU DURUM FİRMANIN BELGESİ İLE KANITLANMALIDIR.
9. KORUYUCU KURŞUN MATERYALİN GEÇİRGENLİĞİNİN VE KURŞUN EŞDEĞERİNİN EN 61331-1:2002 TEST STANDARDINA UYGUN OLDUĞU BELGELENDİRİLMELİDİR.
10. FİRMA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU'NUN (TİTCK) 15.05.2014 TARİH 29001 SAYILI TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMENLİĞİNDE BELİRTİLEN "SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" Nİ SUNMALIDIR. YETKİ BELGESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
11. KURŞUN KOLLUKLARIN ÜRETİM HATALARINA KARŞI ÜRETİCİ FİRMA 2(İKİ) YIL GARANTİ VERMELİDİR.
12. KURŞUN KOLLUKLARDA RENK TERCİHİ YAPILABİLMELİDİR.
13. TEKNİK KOMİSYON KARARI İÇİN TEKLİFİ VERİLEN MALZEMENİN İHALE SONUÇLANINCAYA KADAR BİR ADET NUMUNESİ BIRAKILMALIDIR.